

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,
Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,
Единый адрес: rsr@nt-rt.ru

www.rosenergouchet.nt-rt.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОДУВНАЯ УСТАНОВКА АПУ-Г-011/2500



Установка предназначена для проведения автоматизированной поверки, калибровки и градуировки счётчиков газа, имеющих импульсный выходной сигнал, методом сличения с эталонными счётчиками.

В качестве рабочей среды используется воздух.

Установка может применяться на заводах-изготовителях для проведения первичной поверки (калибровки) счётчиков газа с относительной погрешностью измерения объёма $\pm 1,0\%$ и более при выпуске из производства и после ремонта, а также на предприятиях государственной метрологической службы для проведения периодической поверки счётчиков газа, находящихся в эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Продувные установки
Производительность (м ³ /ч)	250, 600, 1200, 2500, 3600, 7200
Ду поверяемых расходомеров	G (16, 25, 40, 50, 100, 250, 400, 650, 100, 2500, 4000) Ду (40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300)
Тип поверяемых расходомеров	Ультразвуковые, Турбинные, Ротационные
Точность, %	0.3
Метод измерения	Сличение с образцовым расходомером
Рабочая среда	Воздух
Количество эталонных расходомеров	2,3,4,5
Точность измерения температуры, %	0,06
Точность измерения давления, %	0,075

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,

Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,

Единый адрес: rsr@nt-rt.ru